



INFORMATIONS À DIFFUSION RESTREINTE

Notice technique

Réf : **TB-25002-FRE**

Date de publication : 03-2025

Produit : INOmax DS_{IR}®, INOmax DS_{IR}® Plus, INOflo DS

Priorité : Basse

Pièces concernées : Accessoires


Classification : Diffusion restreinte

Objet : Arrêt de la production de la trousse d'adaptateurs jetables 50418 pour ventilateurs Sensormedics 3100A et 3100B avec circuit filtré
Création de la trousse d'ADAPTATEURS 50457 (5 unités), avec un diamètre externe de 22 x 10 mm

L'objectif de cette notice technique est d'informer l'utilisateur de l'arrêt de la production et de la commercialisation de la trousse d'adaptateurs jetables 50418 pour ventilateurs Sensormedics 3100A et 3100B avec circuit filtré.

Sensormedics ayant retiré du marché la gamme de circuits filtrés, la trousse d'accessoires 50418 devient inutile et sa production est arrêtée.

Voici les composants concernés par l'arrêt de la production :



Property of

Mallinckrodt™

Sensormedics 3100A/B Filtered Circuit Disposable Adapters Convenience Pack

REF Use By:

LOT

Package includes:

81094	One-Way Valve, Fits 3/8 inch Tubing	Qty. 1
81096	Adapter, 15M Fits 8.0 mm ID Tubing	Qty. 1
81097	Adapter, 22 mm OD X 10 MM OD	Qty. 1

Warning:

- **Omission of the one-way valve may result in high NO delivery.**

Use only the parts provided in this disposable package and tightly secure all connections.


Symbols glossary provided at www.inomax.com

 Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 USA

EU Authorized Representative:
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, Hannover Germany

L'adaptateur 81097 (diamètre externe de 22 x 10 mm) demeure indispensable et continue d'être utilisé. Par conséquent, un nouvelle trousse de 5 unités a été créée, et cette dernière est indiquée ci-dessous.

ADAPTATEUR 50457 (5 unités), avec un diamètre externe de 22 x 10 mm



81097

Property of

Mallinckrodt™

ADAPTER, 22mm OD X 10mm OD
(5 Pack of 81097)

REF Use By:

LOT

    **Rx ONLY** 

Symbols glossary provided at www.inomax.com

 Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 USA

EU Authorized Representative:
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, Hannover Germany

Pour une assistance technique concernant l'un des dispositifs ci-dessus, veuillez communiquer avec le service d'assistance technique au +1 877 566 9466 (Amérique du Nord) ou le responsable pour votre pays.

Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 États-Unis

Mallinckrodt, le « M » de la marque et le logo de Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques commerciales d'une société Mallinckrodt. Les autres marques sont les marques commerciales d'une société Mallinckrodt ou de leurs détenteurs respectifs. © 2025 Mallinckrodt.

Cette notice technique et son contenu ne doivent pas être reproduits, présentés, affichés, ou communiqués de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, à des tiers sans le consentement écrit préalable de Mallinckrodt Pharmaceuticals.



Europe

European Authorized Representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

